

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《有机肥中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》

承办人：周辉，周韵

共 2 页 第 1 页

标准项目起草单位：上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心，上海化工研究院等

电话：021-38620645，13788966669-64809

2014 年 12 月 16 日填写

序号	标准章 条编号	意见内容	提出单位	处理意见
1	标题	“残留量”改成“含量”。	上海交通大学	采纳
2	1	检出限单位“mg/L”应为“mg/kg”。	上海农业科学院	采纳
3	4.11	“按 v: v: v=1:1:2 比例混匀”应该为“1:1:2 (v:v:v)”。	上海出入境检验检疫局	采纳
4	4.18	“Oasis HLB 固相萃取柱（或相当者）”的名称应考虑其作为公司专利产品，不应在括号外出现。	上海出入境检验检疫局食品中心	采纳，改为“固相萃取柱（Waters Oasis HLB 或相当者）”。
5	5	6.1 中提到的“筛”以及 7.3 中的“滤膜”没有在第 5 章节表现出来。	上海出入境检验检疫局动植物检中心	采纳，增加“5.9 针式过滤头：0.22μm。 6.0 金属筛：0.5mm。”内容。
6	7.4.3	“注：当有机肥样品中...含量”整段因与 7.3 节中注内容相似，可以不必再出现，应整段去除。	上海出入境检验检疫局食品中心	采纳。
7	8	计算结果中“1000/1000”可以去除。	上海出入境检验检疫局食品中心	未采纳，因“1000/1000”为换算系数，有数学意义，故保留。
8	7.5	“称取试样”应为“不称取试样”。	上海出入境检验检疫局食品中心	采纳，改成“除不称取试样外，按以上步骤同时完成空白试验。”
9	附录 A	图中 x 与 y 坐标轴没有标识，应添加标识。	复旦大学	采纳，x 轴添加标识“Time(min)” y 轴添加标识“Response(mV)”
10	正文	增加实验中使用有毒有害化学试剂安全使用提示。	上海市市场监管局质量处	未采纳。
11	4.16	标准溶液存储 -20℃ 冰箱建议改为 0-8℃ 冰箱即可。	国家精细品化学检测中心（泰州）	采纳，改为“储备液于 0℃ -4℃ 保存。”。

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《有机肥中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》

承办人：周辉，周韵

共 2 页 第 2 页

标准项目起草单位：上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心，上海化工研究院等

电话：021-38620645，13788966669-64809

2014 年 12 月 16 日填写

序号	标准章 条编号	意见内容	提出单位	处理意见
12	1	范围”建议改为“含氮固体肥料”。		未采纳。
13	3	标准文本中的“方法及原理”增加“甲醇-MC 缓冲溶液提取”。	上海化工研究院	采纳，改为“试样中土霉素、四环素、金霉素和强力霉素经 Na ₂ EDTA- McIlvaine-甲醇提取液提取、固相萃取小柱净化处理后进样”。
14	正文	考虑添加内标方法进行检测，需要补充相关实验。	国家精细品化学检测中心（泰州）	未采纳，难以找到性质相似且保证在实际样品中不出现的抗生素。

- 说明：
- 1、发送《征求意见稿》的单位数：101 个；
 - 2、收到《征求意见稿》后，回函或参加工作会议的单位数：78 个；
 - 3、收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9 个。
 - 4、没有回函的单位数：23 个。