

国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《肥料中芸苔素内酯的测定 高效液相色谱法》 承办人：张娟

标准项目起草单位：山东省产品质量检验研究院、上海化工院检测有限公司等

电话：0531-51757208

第 1 页 共 2 页

2025 年 10 月 30 日填写

序号	标准章 条编号	意见内容	提出单位	处理意见
1	5.1	“……全部通过 0.5mm 试验筛（……1.00mm 试验筛）”，建议在试验筛前面注明"金属"	国家化肥质量检验检测中心（上海）	采纳
2	5.2.2.1	建议将“……仅使用确认为”修改为“……均使用确认为”	云南省化工行业协会	未采纳，参照《标准化文件的起草》示例
3	5.2.2.4	苯硼酸：删除“分析纯”，建议给出含量修改为"已知含量，纯度≥98.0%"	国家化肥质量检验检测中心（上海）	采纳
4	5.2.3	金属试验筛在 5.2 条不涉及,建议删除本条。同时，在 5.1 样品制备中，直接明确试验筛为"金属试验筛"。	云南省化工行业协会	采纳
5	5.2.3	建议在本条中增加“5.2.3.7 真空泵”	中科院沈阳应用生态研究所	未采纳，真空泵作为仪器配件的一部分，在液相色谱法中通常不列出
6	5.2.4.1	样品提取用到的离心管，建议明确是玻璃离心管还是塑料离心管。	中科院沈阳应用生态研究所	采纳，已明确为塑料离心管。
7	5.2.4.1、 5.3.4.1	样品提取增加转移、定容过程	云南省产品质量监督检验研究院	采纳
8	5.2.4.2、 5.3.4.2.1	色谱柱,建议修改" a )色谱柱:100mm×4.6mm（内径），不锈钢柱，内装 2.7μm C18 填充物。或具有同等效果的色谱柱。流动相,建议修改为" b )流动相: 乙腈: 水=85:15,(体积比)，经滤膜过滤，并进行脱气。"	云南省化工行业协会	部分采纳; 流动相描述方式修改为: V（乙腈）: V(水)=85:15
9	5.3.3.5	金属试验筛在 5.3 条不涉及,建议删除本条。	辽宁普天科技有限公司	采纳

# 国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《肥料中芸苔素内酯的测定 高效液相色谱法》 承办人：张娟

标准项目起草单位：山东省产品质量检验研究院、上海化工院检测有限公司等

电话：0531-51757208

第 2 页 共 2 页

2025 年 10 月 30 日填写

序号	标准章 条编号	意见内容	提出单位	处理意见
10	5.3.4.3.1	本法不涉及衍生，删除“静置反应30min”。	辽宁普天科技有限公司	采纳

说明：

① 发送“征求意见稿”的单位数：162 个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：139 个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：5 个。

④ 没有回函的单位数：23 个。